

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за материјално - финансијске послове
07 број 404-ЈН-301/19
06.12.2019. године
Београд

**ПРЕДМЕТ: Одговори на питања за јавну набавку мале вредности, набавка добара:
Кабл антена тестер (мерни инструмент)
ЈН број 301/19**

Овим путем достављамо Вам одговор на питања за јавну набавку мале вредности, набавка добара: Кабл антена тестер (мерни инструмент), ЈН 301/19, (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) у предметном поступку.

ПИТАЊЕ 1: Произвођач опреме коју нудимо сматра да је технички немогуће постићи повратно слабљење од 100 dB. Максимално повратно слабљење које се постиже је 60dB уз коришћење конектора високе класе. Сходно томе њихов уређај има мерни опсег за повратно слабљење од 0dB до 60dB уз могућност модификације опсега до 100dB кроз подешавање аплитуде. Да ли је ова карактеристика прихватљива?

ОДГОВОР 1: Није задовољавајуће да опсег приказа повратног слабљења буде 0-60 dB.

ПИТАЊЕ 2: Да ли је прихватљиво да уређај поседује порт за екстерну референцу SMA female уместо BNC female?

ОДГОВОР 2: Није задовољавајуће понудити инструмент са SMA(f) конектором и одговарајућим прелазом на BNC(f).

ПИТАЊЕ 3: Да ли је прихватљива номинална излазна снага од 0dBm и уколико није, који опсеги могу бити прихватљиви поред поменутог од -25 dBm до +6 dBm?

ОДГОВОР 3: Није задовољавајуће понудити инструмент који има номиналну излазну снагу 0 dBm и прихватљив је сваки опсег који садржи опсег од -25 dBm до +6 dBm

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ